



Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

OIB:91554844265 • tel. 035 201-201 • fax. 035 446-121 • e-mail: opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr • Dr. Andrije Štampara 42, 35000 SLAVONSKI BROD

Ur.broj: 41020/2017-215

Slavonski Brod, 8.12.2017.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II
Evidencijski broj: Ev.br.: 32/17
- Objavljuje se-

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16.), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod na svojoj internetskoj stranici dana 14.11.2017. godine objavila prijedlog dokumentacije u trajanju od 15.11.2017. do 21.11.2017. godine, sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir ponude.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodskim subjektima Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod zaprimila je pitanja na koja dajemo odgovore kako slijedi:

Primjedbe i prijedlozi na dokumentaciju i troškovnike

1.

„U natječajnoj dokumentaciji točka 1.3.5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma navedeno je da je odabrani Ponuditelj obavezan odmah, s dostavom sklopljenih Okvirnih sporazuma, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdana u korist Naručitelja kod banke, izdatelja garancije, s rokom valjanosti koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od roka valjanosti okvirnog sporazuma u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti okvirnog Sporazuma, bez PDV-a.

Molimo da Naručitelj uz bankarsku garanciju prihvati i bjanko zadužnicu na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza te da se isto navede u natječajnoj dokumentaciji pod točkom 1.3.5.2.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

2.

„U troškovniku za Grupu 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava traži se „2. Acidobazni analizatori (2 komada) koji se dostavljaju na upotrebu moraju biti novi i nekorišteni spremni za upotrebu, sa pripadajućim elektrodama neophodnim za rad. Drugi je analizator back up prvom analizatoru.“

Predlažemo da se prihvate tvornički reparirani uređaji sa svim jamstvima te sa novim elektrodama. Na taj način omogućili biste nuđenje ekonomičnijeg rješenja, dok bi s upotrebom novih i nekorištenih elektroda osigurali ispravan rad analizatora i kvalitetu dobivenih rezultata.

Stoga molimo da se točka 2. Troškovnika izmijeni na način da glasi: „2. Acidobazni analizatori (2 komada) koji se dostavljaju na upotrebu moraju imati nove i nekorištene elektrode te isti moraju biti spremni za upotrebu. Drugi je analizator back up prvom analizatoru.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Novi analizatori se zahtjevaju iz razloga osiguranja neometanog rada analizatora koji se u najvećem broju analiza odnosi na hitne laboratorijske pretrage.

3.

„U troškovniku za Grupu 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava, pod Minimalnim tehničkim zahtjevima za analizator, Redni broj 1 traži se „Vrijeme trajanja elektroda najmanje 18 mjeseci“.

S obzirom da se Troškovnikom traži da se Ugovaratelj, po potpisu Ugovora, obvezuje, uz ostalo navedeno i „podmiriti sav potrebni pribor za korištenje, podešavanje i rad, puštanje u probni rad, sav potreban potrošni materijal i rezervne dijelove za izvođenje ugovorenih testova i redovno održavanje i servisiranje analizatora, otklanjanje nedostataka, zamjene rezervnih dijelova, zamjena analizatora u slučaju nemogućnosti otklanjanje kvara, dostave svih rezervnih dijelova i potrošnog materijala, za potrebe rada i slučaju kvara analizatora kako bi se omogućio nesmetani rad“, smatramo da je zahtjev „Vrijeme trajanja elektroda najmanje 18 mjeseci“ nepotreban te molimo da se isti izbac.

Ukoliko ovim zahtjevom želite osigurati isporuku analizatora sa zasebnim elektrodama, možete navesti umjesto spomenutog zahtjeva: „Zasebne elektrode“.

S obzirom da će se drugi uređaj koristiti kao back-up prvom uređaju, molimo da se omogućiti nuđenje ekonomičnijeg rješenja te da se za back-up prihvati kazetni sustav.

U tom slučaju, molimo da se navedeni zahtjev izmjeni na način da glasi: „Primarni analizator sa zasebnim elektrodama. Back-up analizator sa zasebnim elektrodama ili kazetni sustav“.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prvi dio prijedloga te briše zahtjev: „Vrijeme trajanja elektroda najmanje 18 mjeseci“ a umjesto njega stavlja zahtjev „Zasebno zamjenjive pojedinačne elektrode“

Drugi dio prijedloga gospodarskog subjekta Naručitelj ne prihvaća. Naručitelj zahtjeva zasebne elektrode za oba analizator iz razloga što je jedan back-up drugome.

4.

„U troškovniku za Grupu 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava, pod Minimalnim tehničkim zahtjevima za analizator, Redni broj 6 traži se „Minimalni volumen uzorka treba biti 95 μ L za mikrokapilarne uzorke i 200 μ L za uzroke u šprici.“

Sa zahtjevom formuliranim na ovaj način, ne omogućuje se nuđenje proizvođačima koji imaju manji volumen uzorka što je bolje. Kako biste omogućili nuđenje boljih rješenja, molimo da se zahtjev izmjeni na način da glasi „Maksimalni volumen uzorka treba biti 95 μ L za mikrokapilarne uzorke i 200 μ L za uzorke u šprici.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. Navedeni zahtjev udovoljava potrebama Naručitelja, iskustvu u radu kao i dobroj laboratorijskoj praksi u radu s mikrokapilarnim uzorcima

5.

Gospodarski subjekt predlaže da se Troškovnikom za Grupu 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava traži da se dostavi kao Prilog troškovniku dodatna tablica koja treba sadržavati: naziv proizvoda, kataloški broj, veličina pakiranja, količinu sukladno okvirnoj jednogodišnjoj/dvogodišnjoj količini analiza, cijenu po pakiranju i ukupnu vrijednost. Ukupna vrijednost mora odgovarati vrijednosti izraženoj u troškovniku.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj navedeni prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. U Troškovnicima svih grupa predmeta nabave je jasno naznačena jedinica mjere – test- te je jasno precizirano, ispod svake tablice Troškovnika, na što se izražena jedinica mjere odnosi, odnosno, što obuhvaća „Cijena testa obuhvaća sve troškove ponuditelja vezanih za isporuku roba i izvršenje Ugovornih obveza ove grupe predmeta nabave: sve troškove koji mogu nastati u osiguravanju ispravnog i propisanog rada analizatora i izvođenje ugovorenih testova kroz cijeli ugovorni period (potrošni materijal, kalibratori, kontrole, rezervne dijelove, redovno održavanje, popravci, zamjene uređaja i ostalo), dostave svih artikala potrebni za izvođenje testove i rad uređaja, instaliranje i umrežavanje u LIS i BIS, edukacija djelatnika, jamstva i svi ostali troškovi koje ponuditelj može imati u izvršenju ugovora..“.

Naručitelj utvrđuje „test“ kao jedinicu mjere zbog specifičnosti ove nabave jer cijena nabave uključuje, osim isporuke reagensa i potrošnog materijala (što bi predloženi popis sadržavao) i među ostalim, isporuku, instalaciju, popravke analizatora, rezervne dijelove analizatora, održavanje uređaja, eventualne zamjene uređaja čiji popravak nije moguć u zadanom roku, umrežavanje, edukaciju i ostale troškove, a koji moraju biti obuhvaćeni ponuđenom cijenom pa ih Ponuditelji moraju uzeti u obzir pri izračunu ponude te kako bi se Naručitelj osigurao od bilo kakvih dodatnih skrivenih troškova. Prijedlog za dodatnom „popratnom“ tablicom, koja obuhvaća samo reagense i potrošni materijal a koja iznosom mora biti identična Troškovniku, izostavlja sve ostale troškove u izvršavanju ugovornih obveza, a čije ispunjenje Naručitelj zahtjeva.

6.

„S obzirom da Troškovnikom za Grupu 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava nije traženo da se navedu modeli nuđenih uređaja, molimo da se navedeni zahtjev doda.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. Precizni podaci o nuđenim analizatorima su sastavni dio ponude.

7.

„Grupa 3: Potrošni materijal za analizu acidobaznog sustava

Kako bolnica ima u vlasništvu 2 acidobazna analizatora koji mogu poslužiti kao back up opcija smatramo kako za navedeni broj testova nisu potrebna dva analizatora predlažemo da se broj traženih analizatora promjeni u 1 komad.

Acidobazni analizatori (1 komad) koji se dostavlja na upotrebu mora biti novi i nekoristeni spreman za upotrebu, sa pripadajućim elektrodama neophodnim za rad.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. Bolnica nema u vlasništvu dva acidobazna analizatora. Naručitelj zahtjeva 2 analizatora; back up analizatorom se osigurava neprekinuta analiza uzoraka tijekom 24 sata. Radi se o pretragama od vitalne važnosti za ljudski organizam. Analizatori moraju biti novi i odmah spremni za rad.

8.

„Molimo da iz opisa stavke 1. izostavite sljedeće: procijenjeni totalni Hb.

Kako se u nastavku traži tHB koji je relevantni mjereni parametar smatramo da procijenjeni parametar nije potreban niti koristan.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća jer želi imati mogućnost izdavanja nalaza i procijenjenog totalnog HB-a.

9.

„Molimo da se parametar sadržaj kisika O2CT zamjeni s **O2CT (est)**.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. O2CT(est) je procijenjena vrijednost i ne može zamijeniti izmjereni sadržaj O2CT-a.

10.

„Molimo da se kriterij: Vrijeme trajanja elektroda najmanje 18 mjeseci zamjeni s **Zasebno zamjenjive pojedinačne elektrode**

Kako je ponuditelj o svom trošku dužan osigurati elektrode ne vidimo razloga da se rok trajanja elektroda navodi kao uvjet.“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog te briše zahtjev: „Vrijeme trajanja elektroda najmanje 18 mjeseci“ a umjesto njega stavlja zahtjev „Zasebno zamjenjive pojedinačne elektrode“

11.

„Molimo da se kriterij: Minimalni volumen uzorka treba biti 95 µL za mikrokapilarne uzorke i 200 µL za uzorke u šprici Zamjeni s **Minimalni volumen uzorka za kapilarne uzorke treba biti 175 µL ili manje.**“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća. Zahtjevani volumen je pogodan za obradu malih uzoraka krvi, osobito za pedijatrijske uzorke.

12.

„Molimo da se riječ totalni zamjeni s riječi **ukupni (ctCO2)**“

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i prihvaća oba izraza.

Članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Jelena Lončar, mag.iur.

Alica Pušić, oec.